調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	補給本部第２部第２調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９４８７		

品　名	カタログ製品名*)	ＣＰ番号	備　考
電気炉	山田電機㈱ MKS-430-6L 又は ㈱サーマル RBH 60 又は同等品以上のもの （他社の製品を含む。）	CP24514X108014	数量 １ＥＡ ＃

注*)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

1　要求諸元

(1)　使用温度

炉内温度が１８７℃～１９３℃及び４８７℃～４９８℃の範囲内において安定した状態で，最低１６時間継続使用できるものし，温度設定機能及びタイマー機能を有するものとする。

また，２時間以内に炉内温度を０℃から１９０℃±３℃まで上昇させ，安定させることができるものとする。

(2)　電源電圧　　三相２００Ｖ／５０，６０Ｈｚ

(3)　電気容量　　１２ｋＷ～２５ｋＷ

(4)　炉内寸法　　Ｗ４００×Ｈ３００×Ｌ６００ｍｍ以上

(5)　外形寸法　　Ｗ１ ５００×Ｈ１ ４５０×Ｌ１ １００ｍｍ以下

(6)　可搬機能

キャスター（セルフロック機能により固定できるもの）付きで容易に可搬できるものとする。

2　提出書類

(1)　類別原資料　当該品目について納入実績のある会社は省略することができる。

(2)　取扱説明書　別途提出分（初回）は，４部とし，器材添付は，２部とする。